

(無償交換のお知らせ)

セキスイ製ポータブルトイレ座楽 背もたれ型を探しています

弊社が1996年10月から2002年6月までに製造・販売したポータブルトイレの一部で、転倒などの際にひじ掛けと背もたれのすき間に首などをはさまれた事故(死亡2件含む)が発生しました。

つきましては事故防止のためにすき間のない製品と無償で交換させていただきます。ご使用中のお客様におかれましては、誠に恐縮ではございますが、ご使用製品のご確認をお願いいたします。対象製品の場合は、ご使用に注意いただきポータブルトイレ回収窓口までご連絡をお願いいたします。

ご使用中のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。


はさまれ事故のイメージ




※参考：公益財団法人 テクノエイド協会
福祉用具ヒヤリ・ハット情報

対象製品の確認方法

1 ひじ掛けと背もたれの間 に約10cmのすき間があります



2 積水製品には便フタの裏に 「SEKISUI」の刻印があります



ご注意

「SEKISUI」の刻印は長年のご使用によって、判別しにくい場合があります

一部の対象製品では積水ライフテック株式会社のシールが貼付されています

積水化学工業株式会社 ポータブルトイレ回収窓口



電話

0120-011-578(無料)

受付時間 9:00~19:00(土曜日、日曜日、祝日と年末年始を除く)



FAX

0120-231-756(無料)

施設名・氏名・住所・電話番号をご記入ください

<個人情報の取り扱いについて> お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、本件の対応以外には使用いたしません。

対象製品は裏面をご覧ください。



すき間のある製品が対象です

転倒などの際にひじ掛けと背もたれのすき間に首などをはさまれた事故(死亡2件を含む)が発生しました。

無償交換の対象製品

❗ 製品本体には品番の記載はございません。

ポータブルトイレ 座楽SPシリーズ

製造者	積水ライフテック株式会社
販売時期	2000年11月1日~2002年6月30日頃



品名: ポータブルトイレ座楽
背もたれ型SP
品番: SPTSP



品名: ポータブルトイレ座楽背もたれ型
SPソフト便座・便フタタイプ
品番: SPTSPS



品名: ポータブルトイレ座楽
SP あたたか
品番: APTSP



品名: ポータブルトイレ座楽背もたれ型
SP小口径便座タイプ
品番: SPTSPMB

ポータブルトイレ 座楽SDシリーズ

製造者	積水ライフテック株式会社
販売時期	1996年10月~2002年3月



品名: ポータブルトイレ座楽 背もたれ型
品番: SPTSD



品名: ポータブルトイレ座楽 背もたれ型SB
品番: SPTSB



品名: ポータブルトイレ座楽 背もたれ型HD
品番: SPTH